

 **smith&nephew**

**RENASYS[®] EZ
PLUS**

Traitement par pression négative

La solution simple et sûre



RENASYS[®] EZ Plus, la solution simple pour le traitement par pression négative

Le traitement par pression négative génère une pression négative locale pour stimuler la cicatrisation de plaies aiguës ou chroniques. RENASYS EZ Plus vous offre la possibilité de traiter ces différents types de plaies par un système simple d'utilisation, économique et robuste.



La solution simple

RENASYS EZ Plus est une console robuste et puissante, adaptée à une utilisation en hôpital ou dans d'autres établissements.

Simple d'utilisation

Manipulation intuitive avec bouton rotatif pour régler la pression.

Confort pour le patient

Ce système silencieux vous assure un traitement discret et confortable, permettant une meilleure acceptation du patient. Batterie rechargeable avec une autonomie de 40 heures.

Flexibilité de pose sur différents types de plaies

Utilisable avec compresses de gaze ou mousses.

Facile à fixer

Le RENASYS EZ Plus dispose de deux systèmes de fixation qui le rendent facile à installer sur un lit, un fauteuil roulant ou un pied à perfusion.

Sécurité pour vous et votre patient

Verrouillage des touches et différentes alarmes:

- Niveau de batterie faible
- Fuite
- Canister plein / tubulure bloquée
- Pression négative trop faible
- Pression négative trop élevée

Indications

- Plaies chroniques
- Plaies aiguës
- Plaies traumatiques
- Plaies subaiguës et déhiscentes
- Escarres, ulcères diabétiques
- Lambeaux et greffes
- Brûlures du deuxième degré

Précautions

Agir avec précautions dans le cas des patients présentant ou susceptibles de présenter les conditions suivantes:

- Suivi d'un traitement anticoagulant, prise d'inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire, saignement actif ou vaisseaux sanguins ou organes affaiblis.
- Hémostase difficile au niveau des plaies.
- Malnutrition non traitée.
- Attitude peu coopérative ou agressive.
- Plaies à proximité des vaisseaux sanguins ou d'un fascia fragilisé.

Contre-indications

L'utilisation des systèmes TPN est contre-indiquée dans les cas suivants:

- Tissus nécrotiques
- Ostéomyélites non traitées
- Malignité dans la plaie (sauf soins palliatifs pour améliorer la qualité de vie)
- Artères, veines, organes ou nerfs exposés
- Fistules non entériques et non explorées
- Sites anastomotiques



Description

Console RENASYS EZ Plus
Canister de 250 ml
Canister de 800 ml

Référence

66800697
66800913
66800912

Accessoires

Valise de transport EZ Plus

66800587

Pièces de rechange (fourni d'office avec la console)

Support de canister
Câble d'alimentation

66800060
66800291

Pour une information complète, consulter la notice d'utilisation.

For patients. For budgets. For today.®

Pour tous les patients. Pour tous les budgets. Pour tous les jours.

Smith & Nephew N.V.-S.A.

Hector Henneulaan 366
1930 Zaventem
T 02 702 29 11
F 02 702 29 04

www.smith-nephew.be

®Marque de commerce de Smith & Nephew
M-B-FR-04-14-108